



Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Ostróda 25.02.2025r.

BOR.0003.3.2025

Szanowny Pan

Stanisław Orzechowski

Radny Rady Miejskiej w Ostródzie

Odpowiadając na Pańską interpelację, informuję że defibrylator znajdujący się w budynku Urzędu Miejskiego został dostosowany jedynie do użytkowania wewnętrznego. Pana interpelacja jest jak najbardziej zasadna, dlatego w miarę możliwości finansowych Urząd Miejski zabezpieczy środki na montaż defibrylatora z szafką zewnętrzną, która zapewni odpowiednie warunki przechowywania w wysokich i niskich temperaturach. Podłączenie szafki zewnętrznej, która ma dwupłaszczynowy system grzewczy, a także system chłodzenia i otwory cyrkulacyjne chroniące AED przed zbyt wysoką temperaturą oraz skraplaniem pary wodnej będzie stanowiło dodatkowy wydatek, który nie był zaplanowany w budżecie. Urząd Miejski planuje, zawieszenie defibrylatora na budynku Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej przy ul. Adama Mickiewicza 9A, znajdującego się na terenie Bulwaru Europejskiego.

Z up. BURMISTRZA

Dorota Szustrowska
Sekretarz Miasta

KIEROWNIK
REFERATU ORGANIZACYJNEGO

Karol Duda
Karol Duda